

孺恋銘水株式会社 御中

〒377-1611

群馬県吾妻郡孺恋村干俣2910

Tel.0279-80-6037 Fax.0279-80-6038

株式会社食環境衛生研究所

〒379-2107

群馬県前橋市荒口町561-21

TEL 027-230-3411 FAX 027-230-3412

登録衛生検査所 第41号
計量証明事業 環第51号

検査結果報告書

受付番号: No.11091623

受付日: 2011年9月16日

報告日: 2011年9月26日

検体名: 9月14日製造製品(水)

採取日時: 2011年9月14日

測定方法: γ 線スペクトロメトリー

上記検体につきまして、検査結果を以下のとおり報告いたします。

【検査結果】

核種	放射能濃度	単位	検出下限	暫定規制値(Bq/kg)
I-131	検出せず	Bq/Kg	5 Bq/kg	300
Cs-134	検出せず	Bq/Kg	5 Bq/kg	200
Cs-136	検出せず	Bq/Kg	5 Bq/kg	
Cs-137	検出せず	Bq/Kg	5 Bq/kg	

注) 結果については、減衰補正を行わない

検査機関: 外部委託先K