

孺恋銘水株式会社 御中

〒377-1611
 群馬県吾妻郡孺恋村干俣2910
 Tel.0279-80-6037 Fax.0279-80-6038

株式会社食環境衛生研究所
 〒379-2107
 群馬県前橋市荒口町561-21
 TEL 027-230-3411 FAX 027-230-3412
 登録衛生検査所 第41号
 計量証明事業 環第51号

検査結果報告書

受付番号: No.12013016
 受付日: 2012年1月30日
 報告日: 2012年1月31日
 検体名: 1月19日製造製品

採取日時: 2012年1月19日 14時
 測定方法: ゲルマニウム半導体スペクトロメトリ
 CANBERRA社 GC2020-7500SL-2002CSL

上記検体につきまして、検査結果を以下のとおり報告いたします。

【Ge半導体セット① 検査結果】

核種	放射能濃度	単位	検出下限	暫定規制値(Bq/kg)
I-131	検出せず	Bq/kg	1.7	300
Cs-134	検出せず	Bq/kg	2.2	200
Cs-137	検出せず	Bq/kg	2.1	
Cs-136	検出せず	Bq/kg	2.0	-

注) 結果については、減衰補正を行わない

検査担当者: 岩崎 検査責任者: 松本