

嬭恋銘水株式会社 御中

〒377-1611
 群馬県吾妻郡嬭恋村干俣2910
 Tel. 0279-80-6037 Fax. 0279-80-6038

株式会社食環境衛生研究所
 〒379-2107
 群馬県前橋市荒口町561-2-1
 TEL 027-230-3411 FAX 027-230-3412
 登録衛生検査所 第41号
 計量証明事業 環第51号

検査結果報告書

受付番号: No.13012504
 受付日: 2013年1月25日
 報告日: 2013年1月28日
 検体名: 1月22日製造製品

採取日時: 2013年1月22日 15時
 測定日: 2013年1月25日
 測定方法: ゲルマニウム半導体スペクトロメトリ
 CANBERRA社 GC2020-7500SL-2002CSL

上記検体につきまして、検査結果を以下のとおり報告いたします。

【検査結果】

| 核種 | 放射性物質濃度 | 単位 | 基準値(Bq/kg) |
|-----------------------------|-------------|-------|------------|
| ^{131}I (ヨウ素131) | 検出せず(<0.59) | Bq/kg | - |
| ^{134}Cs (セシウム134) | 検出せず(<0.99) | Bq/kg | 10 |
| ^{136}Cs (セシウム136) | 検出せず(<0.70) | Bq/kg | |
| ^{137}Cs (セシウム137) | 検出せず(<0.94) | Bq/kg | |
| | | | |

- 1) 検査の結果、放射性物質濃度が測定下限値未満の場合は、「検出せず(<測定下限値)」と表記
- 2) 結果については、減衰補正を行わない

基準値は右記食品種で記載: 飲料水

検査担当者: 岩崎 検査責任者: 松本